

JEDNOSTAVNA NABAVA

PREDMET NABAVE:

Nabava Reanimacijskih kolica i Perfuzora (po 5 komada)

Dubrovnik, svibanj 2026. godine

Broj: 40/2026
Dubrovnik, 18.05.2026.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Podaci o naručitelju:

Naziv naručitelja: Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije
Sjedište Naručitelja: Dubrovnik, Dr. Ante Šercera 4b
OIB Naručitelja: 85555713264
Broj telefona Naručitelja: 020/311-298
Broj telefaksa Naručitelja: 020/331-455
Adresa elektroničke pošte: info@zhm-dnz.hr
Internetska adresa Naručitelja: www.zhm-dnz.hr

1. Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima:

Ana Mazarekić
Telefon: 020/311-298
Adresa elektroničke pošte: ana.mazarekic@zhm-dnz.hr

2. Opis predmeta nabave:

Nabava 5 Reanimacijskih kolica I 5 Perfuzora s pripadajućom opremom i uslugama.
Detaljan opis predmeta nabave nalazi se u Troškovniku i Tehničkoj specifikaciji u Prilogu 1. ove Dokumentacije za nadmetanje.

3. Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 21.000,00 eur (bez PDV-a).

4. Specifikacija predmeta nabave:

Detaljna specifikacije predmeta nabave dana je u Prilogu 1.

5. Oblik, način izrade, sadržaj i način dostave ponude

5.1. Oblik i način izrade ponude

1. Ponuda treba biti dostavljena u pisanom (papirnatom) obliku.
2. Stranice ponude treba označiti redim brojem stranica kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice.
3. Ponuda se piše neizbrisivom tintom.
4. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi. Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom ovlaštene osobe gospodarskog subjekta i pečatom.
5. Ponuda se predaje u izvorniku.

5.2. Način dostavljanja ponude:

Ponude se zaprimaju u Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije, na adresi Dubrovnik, Dr. Ante Šercera 4b (II. kat) bez obzira na način dostave. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj je naznačeno naziv i adresa ponuditelja te adresa i oznaka slijedećeg sadržaj:

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE
Dr. Ante Šercera 4b, 20000 Dubrovnik

PONUĐA ZA NABAVU
Nabava Reanimacijskih kolica i Perfuzora (po 5 komada)
„NE OTVARAJ“

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

Dostava ponude elektroničkim putem je dopuštena.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude, koje se dostavljaju na isti način kao i osnovna ponuda s obvezom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude.

Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude, te se ista neotvorena vraća ponuditelju.

Ponuda se ne može mijenjati ili povući nakon isteka roka za dostavu ponuda.

Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda ne otvara se i obilježava se kao zakašnjela pristigla ponuda. Zakašnjela ponuda se neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode.

5.3. Datum vrijeme i mjesto dostave ponuda i otvaranja ponuda

Datum i vrijeme dostave ponude: 12. lipnja 2026. godine najkasnije do 10,00 sati.

Mjesto dostave ponuda: Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik, Dr. Ante Šercera 4b, II. kat.

Ponuda se može poslati i preporučeno poštom, međutim tada sam ponuditelj snosi rizik da ponuda ne stigne do vremena naznačenog za dostavu ponude.

Otvaranje ponude će se održati: 12. lipnja 2026. godine u 09,00 sati, u Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik, Dr. Ante Šercera 4b.

Otvaranje ponuda nije javno.

6. Način određivanja cijena ponude

Ponuđene cijene su nepromjenjive za vrijeme trajanja ugovora o jednostavnoj nabavi.

Ponuditelji su dužni ponuditi tj. upisati cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om na način kako je to određeno u ponudbenom listu.

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjestu predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđeno za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis PDV-a ostavlja se prazno.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

7. Valuta u kojoj cijena treba biti izražena

Cijena ponude izražava se u eurima.

8. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je 90 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda. Ponuditelji mogu odrediti i dulji rok važenja ponude.

9. Rok, način i uvjeti plaćanja

Plaćanje prema stvarno isporučenoj robi, a temeljem ispostavljenog računa u roku od 30 dana od dana uredne isporuke robe. Plaćanje se obavlja na žiro račun ponuditelja.

10. Kriterij odabira najpovoljnije ponude

Kriterij odabira najpovoljnije ponude je najniža cijena.

11. Jezik na kojem se sastavlja ponuda

Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

12. Rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju

Rok za donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude iznosi 10 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Rok za donošenje obavijesti o poništenju postupka jednostavne nabave iznosi 10 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

16. Uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta, te dokumenti kojima dokazuju sposobnost:

16.1. Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave (dan donošenja Odluke o početku postupka nabave).

17. Datum objave poziva na web stranici gospodarskog subjekta: 05.06.2026. godine.

RAVNATELJ

Prilog 1

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA NABAVE REANIMACIJSKA KOLICA I PERFUZORI (po 5 komada)

PROIZVOĐAČ: _____

1.	Tehničke specifikacije REANIMACIJSKA KOLICA(KOLICA ZA HITAN PRIJEM)	DA/NE	Potvrda tehničkog opisa	Naziv I šifra ili kataloški broj
1.	Minimalnih dimenzija 640 x 480 x 1005h mm (visina pod - radna površina)			
2.	Radna površina izrađena od Polyethylena, PE, higijenska i lagana za održavanje.			
3.	Podnosi 100% nerazrijeđeni alkohol, sredstva za izbjeljivanje, deterdžente, solucije na bazi sapuna, sredstva za poliranje, amonijeve spojeve, chlorhexidine			
4.	Podnosi česte protokole čišćenja, ne rastvara se			
5.	Površina pogodna za korištenje u OP sali			
6.	Zaštita na sve 4 strane, ugodna na dodir, zaobljenih rubova			
7.	Monoblok struktura			
8.	Nehrđajući čelik AISI – 304, fina završna obrada, aseptična, higijenska			
9.	ISO LADICA s potpunim otvaranjem (600x400 mm)			
10.	Čelične vodilice sa sistemom za samo zatvaranje			
11.	Front stop funkcija			
12.	Nosivost vodilica: minimalno 20 kg			
13.	Fronta ladica izrađena od polyethylena u crvenoj boji s ergonomskom ručkom			
14.	S prednje strane ladice transparentni nosač kartica			
15.	5 ladica visina: min. 1 x 56 mm, 3 x 110 mm, 1 x 200 mm, ABS			
16.	ISO norma 3394			
17.	Ručka za guranje , postavljena s lijeve strane kolica			
18.	Dupli kotači Ø 125 mm, mekani, tihi; 2 antistatska, 2 s kočnicom s lijeve strane (ispod ručke za guranje)			
19.	ručno zaključavanje ladica			
20.	numerirani jednokratni plastični lokoti – 100 KOM			
21.	rotirajući nosač defibrilatora minimalnih iskoristivih dimenzija 350 x 350 mm			
22.	ploča za reanimaciju min. dimenzija 660 x 440 mm			
23.	nosač boce kisika			
24.	stalak za infuziju podesive visine, minimalne nosivosti 4 kg			
25.	pvc nosač katetera			

26.	Minimalna garancija 5 godina			
-----	------------------------------	--	--	--

Izjavljujemo da ponuđeni predmetj u cijelosti udovoljava svim traženim tehničkim karakteristikama kako je to navedeno u ovoj specifikaciji.

Napomena:

Upisati u predviđene rubrike DA/NE, a za rubrike gdje je navedeno minimalno/maksimalno upisati točne podatke o ponuđenome.

Za rubrike gdje je ostavljena mogućnost upisa, upisati na predviđenu crtu. Obavezno ispuniti sve rubrike.

U _____ 2026. g.

potpis odgovorne osobe ponuditelja M.P.

PROIZVOĐAČ: _____

2.	Tehničke specifikacije PERFUZORI	DA/NE	Potvrda tehničkog opisa	Naziv i šifra ili kataloški broj
1.	Vrsta jedinice: prenosiva infuzijska pumpa za štrcaljke za povremenu ili kontinuiranu isporuku lijekova, parenteralnih tekućina, enteralne hrane, krvi i krvnih pripravaka			
1.1	Točnost isporuke terapije prema IEC 60601-2-24 od +/- 2%			
1.2	Izbor štrcaljke: više proizvođača, zapremnine 2/3 ml, 5ml, 10ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml			
1.3	Integrirana Litij-lonska baterija, 100-240 V, 50-60 Hz			
1.4	Kapacitet rada baterije (uz uključen WiFi) najmanje 11 sati uz brzinu isporuke od 25 mL/h			
1.5	Kapacitet rada baterije (uz isključen WiFi) najmanje 13 sati uz brzinu isporuke od 25 mL/h			
1.6	Vrijeme punjenja baterije do 5 h			
1.7	Raspon brzine isporuke: 0,01- 1.800 mL/h, od 0.01 mL/h do 99,99 mL/h u povećanjima od 0,01 mL/h, od 100,0 mL/h do 999,9 mL/h u povećanjima od 0,1 mL/h, od 1.000 mL/h do 1.800 mL/h u povećanjima od 1 mL/h			
1.8	Raspon odabir volumena: 0,01 - 9.999 mL, od 0,01 mL/h do 99,99 mL/h u povećanjima od 0,01 mL/h, od 100,0 mL/h do 999,9 mL/h u povećanjima od 0,1 mL/h, od 1.000 mL/h do 9.999 mL/h u povećanjima od 1 mL/h			
1.9	Programiranje vremenskog perioda trajanja infuzije: od 00h : 00min : 01 sek do 99h : 59min : 59 sek			
1.10	Težina do najviše dva (2) kg			
1.11.	Zaslon u boji osjetljiv na dodir TFT-LCD 5.1 inča (razlučivost: 800 [H] x 240 [V]), prilagođavanje svjetline putem senzora ili ručno podešavanje na pumpi			
1.12	Zaslon osjetljiv na dodir koji se može koristiti s mokrim rukavicama			
1.13	Mogućnost zaključavanja zaslona kao zaštita od slučajne uporabe kada se ne radi aktivno sa pumpom			
1.14	Prikazivanje stanja pumpe minimalno 3 LED savjetla različite boje			
1.15	Prikaz podataka na zaslonu pumpe tijekom rada: stanje baterije, naziv i koncentracija lijeka, brzina doze, preostalo vrijeme, preostali volumen, pokazatelj isporuke u tijeku, prikaz postavke razine tlaka s trenutačnim tlakom u infuzijskom sustavu			
1.16	Mogućnost da se na zaslon postavi vizualni prikaz štrcaljke s njezinom razinom napunjenosti, vrstom štrcaljke i veličinom štrcaljke			
1.17	Mogućnost isporuke enteralne hrane			

1.18	Ručno doziranje bolusa doziranje bolusa dok se drži pritisnuta tipka			
1.19	Bolus s predodabirom volumena/doze			
1.20	Automatski izračun brzine isporuke temeljem unosa doze u mg, µg, IU ili mmol ili temeljem težine ili proteka vremena (npr. mg po kg / min; mg / kg / h; mg / kg / 24h), davanje bolusa u mg, µg, IU, mmol po kg i / ili vremenskoj jedinici			
1.21	Vizualni i akustični alarmi: Prazna štrcaljka, podsjetnik, tlak je previsok, prazna baterija, stanje mirovanja, otvoren držač štrcaljke, štrcaljka nije dobro pričvršćena			
1.22	Podošavanje okluzijskog tlaka u 9 razina (raspon od 0,1 bara do 1,2 bara). Automatsko smanjenje bolusa nakon aktivacije okluzijskog alarma			
1.23	Korisničko sučelje na hrvatskom jeziku			
1.24	Slaganje / povezivanje 3 pumpe u jedinstvenu cijelinu za lakši transport i uporabu			
1.25	DVO - opcija održavanja otvorenog venskog pristupa			
1.26	Pritiskom na tipku "pomoć" slijede pisane i vizualne upute koje pojašnjavaju pravilno postavljanje i vađenje potrošnog materijala iz uređaja			
2.	Pripadajući adapter za napajanje za stavku 1			
3.	Pripadajući šinski nosač za stavku 1			

Izjavljujemo da ponudeni predmetj u cijelosti udovoljava svim traženim tehničkim karakteristikama kako je to navedeno u ovoj specifikaciji.

Napomena:

Upisati u predviđene rubrike DA/NE, a za rubrike gdje je navedeno minimalno/maksimalno upisati točne podatke o ponuđenome.

Za rubrike gdje je ostavljena mogućnost upisa, upisati na predviđenu crtu. Obavezno ispuniti sve rubrike.

U _____ 2026. g.

potpis odgovorne osobe ponuditelja M.P.

TROŠKOVNIK

PREDMET NABAVE: Nabava Reanimacijskih kolica i Perfuzora (po 5 komada)

Redn i broj	Naziv	Količina u komadima	Jedinična cijena u eur bez PDV-a	Ukupna cijena u eur bez PDV-a
1	Reanimacijska kolica	5		
2	Perfuzori	5		
SVEUKUPNA CIJENA U EUR BEZ PDV-a				
IZNOS PDV-a na sveukupnu cijenu				
SVEUKUPNA CIJENA U EUR SA PDV-om				

ZA PONUDITELJA:

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)

(mjesto i datum)

Prilog 2

OBRAZAC PONUDE

Naručitelj: Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije, Dr. Ante Šercera 4b,

OIB: 85555713264

Predmet nabave: Nabava Reanimacijska kolica i Perfuzori (po 5 komada)

Podaci o ponuditelju:

Zajednica ponuditelj (zaokruži):		NE		DA	
Naziv i sjedište ponuditelja /člana zajednice ponuditelja ovlaštenog za komunikaciju s naručiteljem i ostalih članova zajednice ponuditelja					
OIB ¹ :		Žiroračun IBAN :			
Poslovna banka:					
Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti):		NE		DA	
Adresa					
Telefon		Telefaks			
E-mail					
Sudjelovanje podizvoditelja (zaokružiti)		NE		DA	
Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a za potpisivanje Ugovora o javnoj nabavi					
Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt					

¹ Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo

Cijena ponude:

Proučili smo dokumentaciju za nadmetanje, te sve dokumente i podatke koje nam je Naručitelj stavio na raspolaganje, detaljno smo se upoznali sa svim uvjetima, odnosno odredbama dokumentacije za nadmetanje, koje prihvaćamo te nudimo slijedeću cijenu za predmet nabave:

Cijena ponude bez PDV-a	
Porez na dodanu vrijednost ² (25 %)	
Cijena ponude s PDV-om	

Rok valjanosti ponude: _____

(datum)

ZA PONUDITELJA:

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)

(mjesto i datum)

² Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, rubriku ostaviti praznom.

